

РОССТАНДАРТ
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
Аттестат аккредитации № RA.RU.311494

ИЗВЕЩЕНИЕ
о непригодности к применению
№ 2503239/4116/2

Средство измерений (эталон) Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000,
*наименование, тип, модификация, регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде по обеспечению
единства измерений*
24891-08

(если в состав средств измерений входят несколько автономных измерительных блоков,

то приводится их перечень и заводские номера)
отсутствует


серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер 08.10.506

поверено в соответствии с «Методикой поверки» РУКЮ.411724.001 МП
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано (признан) не соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Причина непригодности Погрешность превышает допустимые значения.

Начальник лаборатории
Должность руководителя подразделения


подпись
М.П.

Т. Н. Тесленко
инициалы, фамилия

Поверитель

Н. А. Зыков
инициалы, фамилия

Дата поверки
26 декабря 2017 г.

200 347